

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0374/2023 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
Pipetta Szerviz Kft. Kalibráló Laboratórium
1115 Budapest, Csóka utca 7-13. AUTÓKUT Irodaház 1. em. 107.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
kalibrálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2023. október 26.**
Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2028. október 26.**
- 5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Térfogat, TRF-1				
1.	Pipetták (normál- és kontakt)	0,1 ... <10 μ l 10 ... <100 μ l 100 ... <1 000 μ l 1 000 ... 10 000 μ l	0,013 μ l 0,032 μ l 0,153 μ l 1,949 μ l	PS-01

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -